


Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami w/s załączonego zapytania ofertowego GEKON 1/2015 z dnia 11 maja 2015 r. dotyczącego zakupu laboratoryjnego pieca muflowego, uprzejmie informuję, że oczekiwana pojemność komory roboczej powinna wynosić 8,5 – 9 dm³.

Z wyrazami szacunku

12.05.2015 
Janusz Cholewa